

30979 / 2024 - ÚVN

Ředitel ÚVN
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D.,
MBA, LL.M., DBA

Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 12000
Praha 6, 169 02
ID datové schránky: **b8mtp8k**

Dne: 10. prosince 2024

Věc: **Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane řediteli.

Žádám Vás laskavě o zaslání kopie vyjádření Ústřední vojenské nemocnice Praha, k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) na životní prostředí zaslaného MŽP do termínu 18. listopadu 2024 dle pokynů Č.j.: MZP/2024/710/4299 ze dne 11. října 2024.

Děkuji za brzké zaslání požadovaného.

S úctou

nar.
ID schránky:

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Čj: 30979/2024-ÚVN

V Praze dne 18.12.2024
Počet listů: 1
Přílohy: 1 / 2 listy**Věc: Odpověď - žádost o informace dle 106/1999 Sb.**

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), která byla Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha (dále jen „ÚVN“) doručena dne 10.12.2024 a zaevidována pod čj. 30979/2024-ÚVN (dále jen „žádost“), Vám sdělujeme následující.

Ve Vaší žádosti požadujete kopii vyjádření ÚVN „k přepracované dokumentaci vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“ na životní prostředí zaslaného MŽP do termínu 18. listopadu 2024 dle pokynů Č.j.: MZP/2024/710/4299 ze dne 11. října 2024“. Požadovanou kopii vyjádření Vám tímto poskytujeme v příloze této odpovědi.

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl, tedy k ÚVN. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo obrany České republiky.

S pozdravem

plk. gšt. MUDr. Václav Masoubust, Ph.D., MBA, LL.M.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Naše čj: 28387/2024-ÚVN

V Praze dne: 15.11.2024

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Adresát:Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10**Podatel:**

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200/1, 169 02 Praha 6

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA,
ředitelem

IČ: 61383082

DIČ: CZ61383082

(dále jen „ÚVN“)

Věc: Stanovisko Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)“, kód záměru MZP508

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává

nesouhlasné stanovisko

k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)“ zveřejněné na informačním systému EIA dne 11. října 2024, kód záměru MZP508 (dále jen „dokumentace EIA“).

Odůvodnění

V souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „ZELIA“), v zákonné lhůtě zasílá Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) odůvodněné nesouhlasné stanovisko k dokumentaci EIA týkající se záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)“ vedené v Informačním systému EIA pod kódem MZP508. Tato dokumentace EIA, zveřejněná na úřední desce Ministerstva životního prostředí, byla dne 17. října 2024 doplněna. Dle přílohy č. 1 ZELIA spadá výše uvedený záměr do kategorie I/44, úřadem příslušným k posouzení záměru v řízení EIA je tedy Ministerstvo životního prostředí.

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice PrahaU Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6sekretariát:
tel. : +420 973 202 712
reditel@uvm.cz
www.uvm.czIČ: 61383082
DIČ: CZ61383082
běžný účet ČNB Praha
číslo účtu: 32123881/0710

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Předmětem dokumentace EIA je trasa záměru vedoucí v nové variantě „ražená JIH ÚVN“. Tato dokumentace uvádí, že v dotčené oblasti byla provedena korekce trasy, jejíž cílem mělo být vyloučení negativních dopadů výstavby a provozu záměru na objekty ÚVN. Tyto negativní dopady záměru doposud nebyly oznamovatelem vyloučeny.

Dokumentace zpracovává závěry posudku vypracovaného Vysokým učením technickým v Brně (dále jen „VUT“), který se týká šíření vibrací z navrhovaného železničního tunelu pod areálem ÚVN. Tyto závěry ohledně dopadu vibrací na objekty a zařízení ÚVN jsou však doposud neúplné a nedostatečné. Posudek VUT zohlednil pouze vibrace plynoucí z provozu na železniční trati, nikoliv z přípravy a provádění záměru. Není uvedeno měření seizmických účinků trhačích prací během provádění záměru. Pokud má být v řízení v souladu s § 5 odst. 3 ZEIA posouzen vliv na životní prostředí nejen při provozování, ale i při přípravě a provádění záměru, musí tomu odpovídat i podkladový posudek.

Závěr převzatý z posudku VUT nesprávně konstatuje, že seizmické účinky od působení železničního vozidla za daných předpokladů nemohou poškodit stavby umístěné nad tunely. Tento závěr však vychází z hodnocení výpočtu v závislosti na staničení, nikoliv pro jednotlivé domy a objekty ÚVN. Stejně tak studie šíření vibrací posuzuje hodnoty kmitání jen v rozsahu obecných návrhových mezních hodnot pro třídu citlivosti strojů nebo zařízení I (vysoce citlivé), a to za předpokladu, že tyto mezní hodnoty jsou dostačující pro stroje a zařízení nacházející se ve stavebních objektech v oblastech nad tunely. Je ale nezbytné posuzovat konkrétní mezní hodnoty citlivosti určených zdravotnických přístrojů a zařízení ÚVN. Další podkladový posudek, který má hodnotit dopad vibrací na citlivou zdravotnickou techniku a přístroje, doposud nebyl ze strany oznamovatele záměru dodán.

Posudek VUT dochází k dílčímu závěru, že v kritických částech železničního tunelu pod areálem ÚVN nebude zapotřebí vibroizolace. Je zapotřebí vypočítat frekvenční závislost vložného útlumu vibroizolace u železničních svršků při komplexním a maximálním seizmickém zatížení. Limity na fyziologické vibrace budou splněny s jistotou při 15 a více dB, je tedy zapotřebí navrhnout kvalitní vibroizolace především v úseku staničení km 6,5 – 7,30.

S navrhovaným záměrem je také spojeno stanovení ochranného pásma dráhy ve smyslu § 8 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, které by způsobilo zastavení či omezení rozvoje a již plánovaných i budoucích stavebních i nestavebních záměrů v areálu ÚVN. V tomto kontextu zatím nedošlo k písemné garanci oznamovatele záměru vůči ÚVN stran možností budoucích stavebních činností v budoucím ochranném pásmu.

Vzhledem k výše uvedenému má ÚVN za to, že je nutné dokumentaci EIA doplnit a přepracovat. Poté ÚVN provede její nové posouzení a toto stanovisko ÚVN může být případně přehodnoceno.

plk. gšt. MUDr. Václav Masný, Ph.D., MBA, LL.M., DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha